

## 介護テクノロジー導入支援事業一式一般競争入札説明書

令和 8 年 1 月 22 日  
社会福祉法人三重ベタニヤ

### 記

#### 1 入札内容

##### (1) 一般競争入札の対象機器及び設置

- ・見守りシステム（全 27 台）
  - ・見守りシステム本体（aams：バイオシルバー）一式 22 台
  - ・介護カメラセット（aams：バイオシルバー）一式 5 台
  - ・介護ソフト：ほのぼの NEXT との連携設定一式
- ・Wi-Fi 工事（既存配線の引き直し及び Wi-Fi 環境構築）一式

##### (2) 機器仕様

下記仕様詳細のとおり。

#### ◆参考機種 aams /株式会社バイオシルバー

見守りシステム本体に関しては、以下の要件を満たすこと。

- ・各居室で使用するマットタイプのセンサーであること。
- ・センサー27 台のうち 5 台はネットワークカメラとセットで導入する。
- ・管理マスターサーバーも導入する。
- ・心拍・呼吸・体動等が速やかに表示できるもので、モニター管理が可能なこと。
- ・入居者の現在の状態を一覧画面で確認出来ること。
- ・入居者一人ひとりに合わせたアラート設定ができること。
- ・センサー本体の感度調整により、エアマットでも使用可能であること。
- ・ネットワークカメラと連動して居室の様子が確認出来ること。
- ・オプションも併用出来ること。
- ・現行介護記録システムと連携できること。
- ・施設のネットワークを使用すること。
- ・OEM 製品ではないこと。
- ・介護ソフト：ほのぼの NEXT と連携できること。

### (3) 保守に関する仕様

- ・故障に対して迅速なサービス体制を有すること。
- ・納入に関する操作説明は親切丁寧に行うこと。
- ・訪問時に知り得た入居者及び施設の情報の漏洩しないよう、取り扱いには細心の注意を払うこと。
- ・当法人から入手した個人情報を他の目的に使用しないこと。

### (4) 要件

この度調達する介護ロボット等各センサーは、既存の介護ロボット等各センサーと同ネットワーク上で、既存管理システム上で正常動作させる事。

また、この度調達する介護ロボット等各センサーには、当法人が提供するパラメータを設定し、既存の管理・コントロールシステム（機器）に認識させ、既存の介護ロボット等各センサーと一元管理できるようにすること。

### (5) 履行場所

三重県津市豊が丘五丁目 47 番 10 号  
ベタニヤショートステイ

## 2 仕様書の照会先

質問などについては郵便又はメールで受け付けます。

質問について他社にも情報公開が必要と判断した場合は、追加情報として公開します。

宛先 〒514-2222 三重県津市豊が丘五丁目 47 番 6-1 号  
社会福祉法人三重ベタニヤ法人本部 小林 宛  
メール betaniyadaihyo@betaniya.com

## 3 入札の日時及び場所

日時 令和 8 年 1 月 28 日(水曜日) 17 時 締切

場所 三重県津市豊が丘五丁目 47 番 6-1 号 社会福祉法人三重ベタニヤ法人本部

宛先 社会福祉法人三重ベタニヤ 理事長 村上久

新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス感染症等の感染予防のため、入札書は入札締切日までに持参又は郵送すること。

#### 4 入札方法等

入札者は機器価格のほか一切の諸経費を含め、価格を見積もるものとする。

入札書は添付様式により作成し、封書に入れ、持参または郵送するものとする。

入札額は消費税抜きの金額を記載すること。

入札者は、提出した入札書の差し替え、変更または取り消すことは出来ない。

入札回数は2回までとする。

入札に参加する者が1社の場合は、1回のみ入札を行うものとする。

#### 5 開札

日時 令和8年1月29日（木曜日）10時

場所 三重県津市豊ヶ丘五丁目47番6-1号 法人本部

開札は当法人理事立会の下に行う。

#### 6 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

#### 7 入札保証金

免除する。

#### 8 入札の無効

次のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。

- ・入札について不正の行為があった場合
- ・入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合、または記名押印がない場合

#### 9 履行期限

本事業にかかる機器の納入、ならびに設置、設定作業、動作試験の完了契約日から令和8年3月27日までとする。ただし、期限までに事業を完了しないことがやむを得ないと認められる場合は協議することがある。

10 参加資格

三重県内に事業所があること。

同様の介護ロボット導入、システム連携環境構築の実績があること。

過去に当法人の入札参加停止の措置を受けていないこと。

以上